

# Conduttimetri

## Cond 50 VioLab

Codice: 50103012



### SCHEDA TECNICA

#### Normative applicate

Normative

#### Prestazioni

Accuratezza COND	±2 % f.s.
Accuratezza temperatura	±0,5 °C °C
Coefficiente di temperatura	0,00 ... 10,00 % / °C % / °C
Compensazione della temperatura	0,0 ... 100,0 % / °C °C
Fattore TDS	0,40 ... 1,00
Range di misura COND	0,00 µS ... 200 mS
Range di misura TDS	0.1 mg/l ... 200 g/l
Range di misura Temperatura	0,0 ... +100,0 °C °C
Risoluzione COND	0,01 - 0,1 - 1 µS / 0,01 - 0,1 mS µS/cm mS/cm - mS/cm
Risoluzione Temperatura	0,1 °C °C
Temperatura di lavoro	0 ... +45 °C °C
Temperatura di riferimento	+15 ... +30 °C °C

#### Caratteristiche

Costante di cella selezionabile	0,1 / 1 / 10 selezionabile
Display	LCD a colori ad alta definizione, retroilluminato
Grado di protezione IP	54 IP
Ingressi	BNC - RCA
Punti di calibrazione Cond	1 ... 4
Report di calibrazione	Sì
Tamponi riconosciuti Cond	84 µS - 147 µS - 12,88 µS - 111,8 µS - 1 valore user

#### Alimentazioni

Alimentazione	100 - 240 VV
---------------	--------------

#### Dimensioni e peso

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy

+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Peso strumento

0.38 Kg kg

---